Formación
universitariaFormación
acreditadaEvaluación de las
Competencias

Oposiciones

Formación EIR

Proyectos 2016

Aula Virtual

CISCEN

Navegación por el
cuestionario[Finalizar revisión](#)MINERVA MARTÍNEZ MATEO | [Perfil](#) | [Salir](#)

Comenzado el miércoles, 6 de julio de 2016, 13:13
Estado Finalizado
Finalizado en miércoles, 6 de julio de 2016, 13:18
Tiempo empleado 4 minutos 26 segundos
Puntos 30,00/30,00
Calificación 10,00 de un máximo de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00**Respecto a los sistemas de climatización y ventilación de las salas de neonatología ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?**

Seleccione una:

- ☒ a. Deben ser comunes a los del resto del hospital ✓
☐ b. Dispondrán de termostato para el control de la Tª
☐ c. Tendrán filtros de alta eficacia y sistemas de vigilancia de contaminantes químicos
☐ d. No superarán, durante su funcionamiento, un nivel de ruido mayor de 40 decibelios

La respuesta correcta es: Deben ser comunes a los del resto del hospital

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00**El nº de tomas de electricidad recomendado por cada puesto en una UCIN es de:**

Seleccione una:

- ☐ a. 2 a 5
☐ b. 8
☒ c. 15 ✓
☐ d. 25

La respuesta correcta es: 15

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00**De las siguientes afirmaciones ¿cuál es falsa?**

Seleccione una:

- ☐ a. La familia del RN debe estar integrada en las salas de neonatología
☐ b. Se disponen de dormitorios cerca de las salas para las madres
☐ c. La estructura de las salas de neonatología han de favorecer la relación directa y continuada entre los padres y el niño
☒ d. Todo es verdadero ✓

La respuesta correcta es: Todo es verdadero

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00**En la monitorización respiratoria ¿qué límites de alarma serán más adecuados?**

Seleccione una:

- ☒ a. Entre 40-60 ✓
☐ b. Entre 20-50
☐ c. Entre 30-80
☐ d. Entre 15-40

La respuesta correcta es: Entre 40-60

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00**La temperatura ambiental de las unidades neonatales debe estar entre:**

Seleccione una:

- ☐ a. 15-18° C
☐ b. 18-20° C
☐ c. 20-24° C
☒ d. 25-26° C ✓

La respuesta correcta es: 25-26° C

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00**El desfibrilador es un aparato que:**

Seleccione una:

- ☐ a. Permite administrar desfibrilación y cardioversión
☐ b. Las palas en neonatología son pequeñas (4,5cm)
☐ c. Posee un registro a papel del trazado ECG
☒ d. Todas son ciertas ✓

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?

Seleccione una:

sobre 1,00

 Marcar pregunta

- ☐ a. La FR se obtiene por impedancia torácica
- ☒ b. Los electrodos se colocan próximos entre si ✓
- ☐ c. El tiempo de apnea se establecerá < 20 segundos
- ☐ d. El monitor puede artefactarse con temblores y/o convulsiones

La respuesta correcta es: Los electrodos se colocan próximos entre si

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00

sobre 1,00

 Marcar pregunta**¿Cuál de las siguientes, no es función de la enfermería?**

Seleccione una:

- ☐ a. Conocer el material y el aparataje
- ☐ b. Favorecer la integración de los padres en las salas de neonatología
- ☐ c. Control de la monitorización
- ☒ d. Comprar el material ✓

La respuesta correcta es: Comprar el material

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00

sobre 1,00

 Marcar pregunta**En relación con la VAF es falso afirmar que:**

Seleccione una:

- ☐ a. Es un tipo de respiración alveolar
- ☒ b. Se utilizan volúmenes corrientes altos ✓
- ☐ c. Se programan FR mayores de 3 Hz
- ☐ d. Los circuitos del respirador son más cortos

La respuesta correcta es: Se utilizan volúmenes corrientes altos

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00

sobre 1,00

 Marcar pregunta**De los lugares siguientes, el electrodo para la medición de PO2 transcutánea, se colocará preferentemente en:**

Seleccione una:

- ☒ a. Muslo ✓
- ☐ b. Encima de alguna herida, pues capta mejor cuanto más cerca esté de los capilares
- ☐ c. En una prominencia ósea costal
- ☐ d. Indistintamente en cualquier lugar

La respuesta correcta es: Muslo

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00

sobre 1,00

 Marcar pregunta**¿Cuál de las siguientes características no es adecuada para una incubadora de transporte?**

Seleccione una:

- ☐ a. El habitáculo debe poseer un buen aislamiento térmico
- ☒ b. Tiene que ser pesada ✓
- ☐ c. Poseer batería propia
- ☐ d. Disponer de respirador de transporte

La respuesta correcta es: Tiene que ser pesada

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00

sobre 1,00

 Marcar pregunta**Se consideran medidas para mantener un ambiente térmico neutro todas las siguientes menos:**

Seleccione una:

- ☒ a. Incubadora cerca de la ventana para facilitar la luz solar ✓
- ☐ b. Calentadores radiantes
- ☐ c. Dispositivo de servocontrol
- ☐ d. Gorro de dos o tres capas

La respuesta correcta es: Incubadora cerca de la ventana para facilitar la luz solar

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00

sobre 1,00

 Marcar pregunta**Al utilizar un pulsioxímetro se debe evitar...**

Seleccione una:

- ☒ a. Fijar el límite superior de alarma en 100% si el RN tiene O2 ambiental ✓
- ☐ b. Cambiar el sensor con frecuencia
- ☐ c. Colocar el emisor y el receptor de luz enfrentados
- ☐ d. Cuando el RN está con fototerapia proteger el sensor

La respuesta correcta es: Fijar el límite superior de alarma en 100% si el RN tiene O2 ambiental

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00

sobre 1,00

 Marcar pregunta**En un prematuro de 33 semanas de edad gestacional, deberemos administrar suficiente oxígeno para mantener la SaO2 entre:**

Seleccione una:

- ☐ a. 97-100%
- ☒ b. 87-97% ✓
- ☐ c. 83-90%
- ☐ d. Deberemos mantenerlo siempre en 100%

La respuesta correcta es: 87-97%

Pregunta 15

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?

Seleccione una:

- ☐ a. El ONi es un vasodilatador pulmonar selectivo
- ☐ b. Se administra mezclado con nitrógeno (400ppm)
- ☐ c. Las tubuladuras para el respirador son de teflón
- ☒ d. Se conecta en el asa espiratoria ✓

La respuesta correcta es: Se conecta en el asa espiratoria

Pregunta 16

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

Los respiradores utilizados en neonatología son...

Seleccione una:

- ☐ a. Sincronizados con la respiración del paciente
- ☐ b. De flujo continuo
- ☐ c. Limitados por presión
- ☒ d. Todo es cierto ✓

La respuesta correcta es: Todo es cierto

Pregunta 17

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

Si un niño está con fototerapia ¿qué acción no es correcta?

Seleccione una:

- ☐ a. Aplicar protección ocular
- ☐ b. Realizar cambios posturales
- ☒ c. Colocar al RN vestido ✓
- ☐ d. Controlar la Tª del niño

La respuesta correcta es: Colocar al RN vestido

Pregunta 18

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

En los RN la TA invasiva...

Seleccione una:

- ☐ a. El catéter se introduce en la arteria umbilical
- ☐ b. Se presuriza el sistema a 300 mm Hg
- ☐ c. La enfermera debe revisar el ajuste de las conexiones cada 2-4 horas
- ☒ d. Todo es correcto ✓

La respuesta correcta es: Todo es correcto

Pregunta 19

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

Son medidas adecuadas para evitar las pérdidas de calor por radiación, todas las siguientes excepto:

Seleccione una:

- ☐ a. Mantener la Tª ambiental adecuada en paritorios, neonatología y en UCIN
- ☐ b. No colocar al neonato cerca de superficies frías
- ☒ c. Colocar las incubadoras y cunas cerca de las paredes y ventanas ✓
- ☐ d. Poner un paño en la báscula al pesar al RN

La respuesta correcta es: Colocar las incubadoras y cunas cerca de las paredes y ventanas

Pregunta 20

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

¿Qué tipo de luz es más efectiva para el tratamiento de la hiperbilirrubinemia?

Seleccione una:

- ☐ a. Luz blanca
- ☒ b. Luz azul (425-475nm) ✓
- ☐ c. Cualquier tipo de luz
- ☐ d. Todo es correcto

La respuesta correcta es: Luz azul (425-475nm)

Pregunta 21

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

El ambiente térmico neutro (ATN) del recién nacido es:

Seleccione una:

- ☐ a. 18-21° C
- ☐ b. 26-31° C
- ☒ c. 32-34° C ✓
- ☐ d. 36-37° C

La respuesta correcta es: 32-34° C

Pregunta 22

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

El capnógrafo mide...

Seleccione una:

- ☐ a. La FIO2 ambiental
- ☐ b. La saturación de oxígeno

pregunta

- ☐ c. La PO₂ y la PCO₂
- ☒ d. La concentración de CO₂ en el gas espirado ✓

La respuesta correcta es: La concentración de CO₂ en el gas espirado**Pregunta 23**

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

Cuando se administra O₂ en una incubadora ¿qué acción no es adecuada?

Seleccione una:

- ☒ a. Abrir las puertas con frecuencia ✓
- ☐ b. Usar un oxímetro para medir la FIO₂ ambiental
- ☐ c. Administrar el O₂
- ☐ d. Todo es falso

La respuesta correcta es: Abrir las puertas con frecuencia

Pregunta 24

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

¿Cuál de los siguientes aparatos no se utiliza en una unidad de cuidados intensivos neonatales?

Seleccione una:

- ☐ a. Respirador de alta frecuencia oscilatoria
- ☐ b. Respiradores de ventilación mecánica convencional
- ☐ c. Sistema de aplicación de óxido nítrico
- ☒ d. Todos se pueden emplear en RN ✓

La respuesta correcta es: Todos se pueden emplear en RN

Pregunta 25

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

¿Qué material no se utilizará en neonatología?

Seleccione una:

- ☐ a. Aspirador con manómetro de presión
- ☒ b. Tubos endotraqueales del nº 8 ✓
- ☐ c. Blefarostato
- ☐ d. Equipo para exanguinotransfusión

La respuesta correcta es: Tubos endotraqueales del nº 8

Pregunta 26

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

¿De las siguientes, qué temperatura cree usted que es la más adecuada en una incubadora destinada a un prematuro?

Seleccione una:

- ☐ a. 18° C
- ☐ b. 25° C
- ☒ c. 32° C ✓
- ☐ d. 37° C

La respuesta correcta es: 32° C

Pregunta 27

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

¿Cuál de las siguientes situaciones favorecen la inestabilidad térmica en el recién nacido?

Seleccione una:

- ☐ a. Capa de grasa subcutánea muy fina
- ☐ b. Escasas reservas de grasa parda
- ☐ c. Deficiente aporte calórico
- ☒ d. Todas son ciertas ✓

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 28

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

En el RN la fuente de producción de calor más importante es:

Seleccione una:

- ☐ a. La actividad muscular voluntaria
- ☒ b. Termogénesis de la grasa parda ✓
- ☐ c. Actividad muscular involuntaria (estremecimiento)
- ☐ d. El aumento de adrenalina por el estrés del parto

La respuesta correcta es: Termogénesis de la grasa parda

Pregunta 29

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

¿Qué ventajas tiene una cuna térmica con respecto a una incubadora?

Seleccione una:

- ☐ a. Acceso más fácil y rápido
- ☐ b. Elimina el riesgo de contaminación bacteriana
- ☐ c. Simplifica la limpieza
- ☒ d. Todo es correcto ✓


La respuesta correcta es: Todo es correcto

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta**¿Cuál de las siguientes características no es adecuada para una incubadora?**

Seleccione una:

- ☒ a. No dispone de sistema de humedad 
- ☐ b. Se debe desmontar con facilidad
- ☐ c. Tienen doble pared
- ☐ d. Permiten programar la Tª ambiental y la Tª del niño

La respuesta correcta es: No dispone de sistema de humedad

[Finalizar revisión](#)