

A la hora de diseñar un quirófano, hay que tener en cuenta:

Seleccione una:

- ☒ a. Todas son falsas
- ☐ b. No debe existir continuidad entre el suelo y el techo
- ☐ c. Las puertas no deben ser corredizas
- ☐ d. Las condiciones ambientales, deben tener una elevada humedad y alta temperatura


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son falsas

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cómo se deben utilizar las mascarillas dentro del bloque quirúrgico ?

Seleccione una:

- ☐ a. Deben cubrir la boca y la nariz
- ☒ b. Todas son correctas
- ☐ c. Deben sustituirse entre cada intervención
- ☐ d. Debe llevarla todo el personal que se encuentre dentro de un quirófano


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Con qué elemento se consigue el neumoperitoneo en una laparoscopia?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna es correcta
- ☐ b. Videocámara
- ☒ c. Insuflador
- ☐ d. Fuente de luz


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Insuflador

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a la auxiliar de enfermería dentro del equipo quirúrgico?

Seleccione una:

- ☐ a. Realizará la higiene del paciente antes y después de la intervención en lo que sea preciso y necesario
- ☐ b. Reponer el material necesario en la sala de lavado quirúrgico
- ☐ c. Dará al paciente un trato humanitario y amable
- ☒ d. Todas son correctas


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde a la auxiliar de enfermería dentro del equipo quirúrgico?

Seleccione una:

- ☐ a. Repondrá y ordenará todos los botes para suero terapia, bateas, suturas, material de punción, jeringas, etc
- ☒ b. Debe ayudar al anestésista en las distintas maniobras de intubación al paciente
- ☐ c. Ordenará el bloque quirúrgico, colocando el material estéril en su lugar correspondiente
- ☐ d. Colocará la ropa quirúrgica, uniformes, calzas, gorros y mascarillas en los lugares destinados para ello


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debe ayudar al anestésista en las distintas maniobras de intubación al paciente

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿Dónde se absorbe el dióxido de carbono para evitar que el paciente lo vuelva a respirar?

Seleccione una:

- ☐ a. Vaporizador
- ☒ b. Reservorio de cal
- ☐ c. Torre de gases
- ☐ d. Ninguna es correcta


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Reservorio de cal

Pregunta **7**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿Dónde se debe ubicar los líquidos desinfectantes del instrumental?

Seleccione una:

- ☐ a. En el pasillo de sucio
- ☐ b. En el pasillo de limpio
- ☐ c. En el quirófano
- ☒ d. En la antesala de quirófano


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: En el pasillo de sucio

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Dentro de los miembros del equipo quirúrgico, cada uno tiene funciones definidas. Escoja la opción correcta.

Seleccione una:

- ☐ a. La enfermera circulante forma parte del equipo estéril
- ☐ b. La enfermera instrumentista no forma parte del equipo estéril
- ☐ c. Ninguna es correcta
- ☒ d. El anestesista es el responsable de la evaluación, control y corrección del estado fisiológico del paciente durante la cirugía


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: El anestesista es el responsable de la evaluación, control y corrección del estado fisiológico del paciente durante la cirugía

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

El área restringida o estéril, es la zona más limpia del bloque quirúrgico. Cuál de las siguientes opciones es la correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Las puertas deben permanecer cerradas
- ☐ b. En esta zona se encuentran los quirófanos
- ☐ c. Se deja el material estéril preparado para la cirugía
- ☒ d. Todas son correctas


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

El aspirador dentro del quirófano, es uno de los elementos imprescindibles. Indique la opción correcta.

Seleccione una:

- ☐ a. Sólo debe haber uno en la sala de operaciones
- ☒ b. Está montado a la toma de vacío
- ☐ c. Se utiliza exclusivamente para aspirar secreciones
- ☐ d. No es necesario comprobarlo antes de comenzar la cirugía


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Está montado a la toma de vacío

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

El bloque quirúrgico, se divide principalmente en áreas o zonas. Escoja la opción correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Área semirestringida
- ☐ b. Área no restringida
- ☒ c. Todas son correctas
- ☐ d. Área de transición


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En qué especialidad podemos encontrar la torre de artroscopia

Seleccione una:

- ☐ a. Ginecología
- ☐ b. Cirugía general
- ☒ c. Traumatología
- ☐ d. Oftalmología


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Traumatología

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Indique la afirmación correcta:

Seleccione una:

- ☒ a. Los quirófanos deben tener fácil acceso a urgencias, UCI, laboratorio, RX...
- ☐ b. El quirófano suele estar cerca de zonas de paso de gente
- ☐ c. El personal que salga del bloque quirúrgico debe cambiarse de ropa
- ☐ d. No es necesario que las puertas de los quirófanos estén cerradas


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los quirófanos deben tener fácil acceso a urgencias, UCI, laboratorio, RX...

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Para acceder al área semirestringida, es necesario:

Seleccione una:

- ☐ a. Acceder con ropa de quirófano
- ☐ b. Nadie puede acceder a esta zona, sólo en caso de catástrofe
- ☐ c. Acceder con ropa de calle
- ☒ d. Acceder con ropa de quirófano y gorro que cubra el cabello


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Acceder con ropa de quirófano y gorro que cubra el cabello

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Para controlar las infecciones dentro de un quirófano, se debe tener en cuenta:

Seleccione una:

- ☐ a. La presión del aire del interior de la sala de operaciones es mayor que la del exterior
- ☐ b. Las zonas de limpio y sucio deben estar separadas físicamente
- ☐ c. Los suelos deben estar hechos de materiales no porosos
- ☒ d. Todas son correctas


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Para qué se utiliza el megatoscopio

Seleccione una:

- ☐ a. Para cortar o coagular los tejidos
- ☐ b. Para descartar las gasas sucias durante la cirugía
- ☒ c. Para visualizar radiografías
- ☐ d. Para colocar el material que no se puede poner sobre el campo estéril


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para visualizar radiografías

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Por qué se controla la humedad dentro de un quirófano

Seleccione una:



- ☐ a. Para aumentar la conductividad
- ☐ b. Para favorecer el crecimiento de patógenos
- ☒ c. Para disminuir el riesgo de infección
- ☐ d. Para aumentar la electricidad estática


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para disminuir el riesgo de infección

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Qué características debe de cumplir una sala de reanimación

Seleccione una:

- ☐ a. Esta unidad también debe estar cerca de otros servicios al igual que el bloque quirúrgico como son: Rx, laboratorio, banco de sangre, y UCI
- ☐ b. Debe tener puertas grandes por las que entren las camas tanto comunicadas con las unidades de hospitalización, como las conectadas con los quirófanos
- ☐ c. Debe tener varios cuartos, para guardar todos los materiales limpios y para los materiales sucios o contaminados y para los deshechos
- ☒ d. Todas son correctas


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Qué características debe tener una mesa quirúrgica

Seleccione una:

- ☒ a. Todas son correctas
- ☐ b. Puede ser hidráulica o eléctrica
- ☐ c. Se le pueden colocar diferentes accesorios
- ☐ d. Puede subir y bajar, inclinarse lateralmente u horizontalmente


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Qué condiciones debe cumplir el flujo de aire de un quirófano

Seleccione una:

- ☐ a. La presión de aire de dentro de un quirófano debe ser menor a la del exterior de éste
- ☐ b. Se recomiendan 5 recambios por hora
- ☒ c. Se instalan filtros HEPA que retiran partículas a partir de 0,3
- ☐ d. Los filtros HEPA no deben ser sustituidos


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se instalan filtros HEPA que retiran partículas a partir de 0,3

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Qué dotación debe tener una antesala de quirófano

Seleccione una:

- ☐ a. Ropa estéril
- ☐ b. Material fungible
- ☐ c. Cajas de instrumental estéril
- ☒ d. Todas son correctas


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Qué elementos debe tener una sala de reanimación

Seleccione una:

- ☐ a. Un aspirador
- ☐ b. Cada puesto de cama debe contar con una toma de oxígeno, una toma de vacío
- ☒ c. Todas son correctas
- ☐ d. Una toma de aire


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **23**

Sin contestar

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Qué elementos debe tener una torre de laparoscopia

Seleccione una:

- ☐ a. Fuente de luz

- ☐ b. Todas son correctas
- ☐ c. Videocámara
- ☐ d. Monitor de televisión de alta resolución


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Qué elementos no deben faltar en la mesa o carro de anestesia

Seleccione una:

- ☐ a. Cánulas orofaríngeas o guedel
- ☒ b. Todas son correctas
- ☐ c. Tubos endotraqueales de distintos tamaños
- ☐ d. Laringoscopio con sus palas


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Qué se debe hacer siempre que se utiliza el bisturí eléctrico

Seleccione una:

- ☒ a. Colocar al paciente un electrodo inactivo de dispersión, que hace que la corriente vuelva desde el paciente hasta el generador, evitando así quemaduras al paciente

- ☐ b. Intentar que el paciente esté en decúbito prono
- ☐ c. Poner protecciones debajo de la cabeza
- ☐ d. Ninguna es correcta

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colocar al paciente un electrodo inactivo de dispersión, que hace que la corriente vuelva desde el paciente hasta el generador, evitando así quemaduras al paciente